



家庭用


保管用

AIR FOOT CARE

エアーフットケア FM-A018E/YFAM-18

取扱説明書 保証書付

添付文書



- このたびは、エアーフットケアをお買い上げいただき、ありがとうございます。
- この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
- 使用前に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

- このエアーフットケアは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- この商品は、海外ではご使用になれません。 For use in Japan only.

安全上のご注意

ご使用になる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するため必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を示しています。

	警告	死亡や重傷などを負う可能性が想定される内容です。
	注意	損害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

- お守りいただく内容を図記号で示しています。

	禁止を示す記号		強制・指示を示す記号
--	---------	--	------------

		警告
	禁止	次の人は使用しない。 ●医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓[塞(そく)栓]症・重度の動脈瘤(りゅう)・急性静脈瘤(りゅう)・各種皮膚炎および各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など 症状を悪化させるおそれがあります。
		自分で意思表示ができない人や、身体の不自由な人には使用させない。 事故やけがのおそれがあります。
		幼児や子供に使用させたり、本体の上や、まわりで遊ばせない。 けがや故障のおそれがあります。
		医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。 ●ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中の人、または出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害からくる知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温 38℃以上(有熱期)の人【例：急性炎症症状(けん急感、悪寒、血圧変動など)の強いときや、衰弱しているとき】 ●骨粗しょう症、せきつい骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れなど急性疼(とう)痛性疾患の人 ●変形性関節炎、リウマチ、痛風の人 ●腰痛(椎間板(ついかんばん)ヘルニア、脊椎(せきつい)すべり症、脊椎(せきつい)分離症)などのある人 ●上記以外に身体に特に異常を感じている人 事故や体調不良をおこすおそれがあります。

2

		警告
	必ず守る	使用中に身体に異常があらわれたり感じたとき、または使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師または専門家に相談する。そのまま使い続けると、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。
		動かない場合や、異常を感じたときはすぐに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜いて、勝手に修理などしないで必ずお買い上げ販売店に修理を依頼する。 そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
		ご使用の前に、必ず本体の布カバーが破れていないか確認する。 (どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜き、修理を依頼してください) 感電やけがの原因になります。
		電源は交流(AC)100Vを使用する。 守らないと、火災やショートの原因になります。
	禁止	足挿入部に異物などがなく確認する。 確認しないと、事故やけがの原因になります。
		ふくらはぎ・足のマッサージ以外の目的で使用しない。 足を入れたまま立ったり、本体の上に座ったりしない。 事故やけが、故障の原因になります。
		付属の専用 AC アダプター以外は使用しない。 専用 AC アダプターを他製品に使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
		AC アダプターや DC プラグは正しく確実に接続する。また、たこ足配線はしない。 AC アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
	禁止	AC アダプターコードの取り扱いについては下記の項目に注意する。 ●傷つけたり、破損したりしない ●加工しない ●無理に曲げたり、引っ張らない ●ねじらない ●使用時には束ねない ●重いものを載せない ●挟みこんだりしない ●本体に巻きつけない ●熱器具に近づけない 電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。
		製品に布や毛布などをかぶせて使用しない。 内部の温度が高くなり、火災や事故、故障の原因になります。

3

		警告
	禁止	製品を布団やこたつの中に入れて使用しない。また可燃物やストーブなど火気の近く、ホットカーペットなど暖房器具の上では使用しない。 内部の温度が高くなり、火災や事故、故障の原因になります。
	分解禁止	絶対に分解・改造・修理をしない。 感電や故障、また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。
	ぬれ手禁止	身体が濡れた状態で使用しない 感電や故障のおそれがあります。
	ぬれ手禁止	ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない。 感電のおそれがあります。
	水濡れ禁止	本製品に水や他の液体をかけたり、浸したりしない。 感電や故障の原因になります。
	水場禁止	お風呂場などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用・保管はしない。 感電や故障の原因になります。

		注意
	必ず守る	使用時間は1回10分以内にする。また同一箇所への連続使用はしない。 筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、事故やけがまたは体調不良のおそれがあります。
		ご使用の前に必ず、操作部のボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認する。 確認しないと、事故やけがの原因になります。
		本製品は突起物のない平らで滑りにくい場所で使用する。 不安定な場所で使用すると、事故やけが、故障の原因になります。
		AC アダプターをコンセントから抜くときは、コード部を持たずに、必ず先端の AC アダプター本体を持って引き抜く。 守らないとコード部が破損・断線し、火災や感電の原因になります。
	禁止	AC アダプターのホコリなどは定期的にとる。 ホコリなどがたまるとう湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。 定期的に電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布で拭いてください。

4

エアーフットケア 保証書 持込修理

品番	FM-A018E / YFAM-18	
保証期間	本体	お買い上げ年月日 年 月 日より1年間
お客様	お名前	〒 () - 様
	ご住所	
販売店	店名	〒 () -
	住所	Ⓔ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
通信販売などで購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
販売店欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずお買い上げ販売店で記入を受けてください。

製造販売元：株式会社惣田製作所
〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町 492
TEL. 0749-22-3575 FAX. 0749-22-5983
【受付時間】月～金(祝日を除く)9:00～17:00
(都合によりお休みさせていただく場合がございます)

注意

	必ず守る	しばらく使用しなかったときは、本製品が正常に作動することを確認してから使用する。 確認をしないと、事故やけがのおそれがあります。
	電源プラグを抜く	使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。
		停電のときは直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。 停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。
	禁止	お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと、感電やけがのおそれがあります。
		マッサージ以外の目的には使用しない。また他の治療器と同時に使用しない。 事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。
	禁止	本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない。
		眠気を誘う薬(睡眠薬・風邪薬)を服用した人および飲酒後は使用しない。また眠りながら使用しない。 体調不良やけがのおそれがあります。
	禁止	本体や操作部に重いものを載せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 火災・感電・故障の原因になります。また誤作動の原因になります。
		エアバッグに、故意に力を加えて無理やり止めない。 けがや故障の原因になります。
	禁止	生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがったもので突き刺したりしない。 けがや故障の原因になります。
		室温 35℃以上の場所や直射日光の当たるところでは使用しない。 内部の温度が高くなり、火災や事故、故障の原因になります。 また変形・変色・変質のおそれがあります。
	禁止	操作ボタンを2つ以上同時に押さない。 故障の原因になります。
		足に装飾品をつけて使用しない。 けがや故障の原因になります。
	禁止	移動するときは、引きずらない。 床や畳を傷つけるおそれがあります。

5

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前にもう一度下記の項目をお確かめください。

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
動作中の音が気になる	●エアバッグが膨らむとき、しぼむときの「プシュ」「カチッ」という音。 ●ポンプが動くときの「ブーン」という音。	構造上やむを得ず発生するもので機能などに影響はありません。
動作しない	●コンセントから AC アダプターの電源プラグがはずれている ●本体と AC アダプターが正しく接続されていない。	電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込んでください。 本体の DC ジャックに AC アダプターの DC プラグを差し込んでください。
使用中に止まった	●タイマーがはたらき、停止状態になっている	30分以上時間をあけてからもう一度操作をしてください。
点検後も異常がある		
ただちに使用中止	販売店に点検・修理を依頼してください。	

6

仕様

中国製

販売名 / 品番	エアーフットケア / FM-A018E, YFAM-18
類別 / 一般的名称	機械器具 77 バイブレーター / 家庭用エアマッサージ器
医療機器認証番号	227AGBZX00080000
使用電源	AC100V 50-60Hz
ACアダプター定格	型式: QD24-120200-A 入力: AC100V 50-60Hz 0.75A 出力: DC12V 2.0A
エア圧力	70～110kPa
定格時間	10分
タイマー	約10分
消費電力	23W
材質	FM-A018E / YFAM-18 共通 本体: スチールパイプ・ウレタンフォーム FM-A018E 張り地: ポリプロピレン 100% (機構部: ポリエステル 95%・ポリウレタン 5%) YFAM-18 張り地: ポリエステル 100% (機構部: ポリエステル 95%・ポリウレタン 5%)
本体寸法	W455×D245×H250mm
質量	約3.5kg
ACアダプター電源コード長さ	1.8m
医療機器製造販売業	株式会社 惣田製作所 〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町 492
医療機器製造販売業許可番号	25B2X10001
製造業者(中国)	Anhui Jiugong Wellness Industry Co.,LTD
(日本)	株式会社 惣田製作所

7

